

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300034

項次	品名	規格	數量	單位
1	GP3 高清眼動儀 150Hz 含分析模組	<p>GP3 高清眼動儀</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 雙眼式眼動自動追蹤系統，也可切換為特定單眼。 2. 採樣率 150Hz。 3. 頭部可移動範圍 35*22cm(±3%)。 4. 鏡頭與眼睛的允許距離：50-80cm(±3%)。 5. 平均精準度：0.5° -1°。 6. 空間解析度：0.1RMS。 7. 校正點：5or9。 8. 可自行變更校正點的圖案和聲音。 9. 回復時間：<20ms。 10.系統延遲：<50ms(從 event 到 API 輸出)。 11.資料提供包含時間戳記、注視座標、瞳孔直徑。 12.支援 API 開發功能。 13.可眼動控制滑鼠移動。 14.可自動偵測眼睛和主機的距離遠近。 15.資料傳輸方式：USB3.0。 16.可支援文字、圖片、影片，網頁及桌面應用程式之紀錄功能。 17.尺寸：320*45*47mm(±3%)。 18.主體重量：155g。 19.眼動儀三角架、眼動儀筆電架、眼動儀螢幕掛架。 <p>軟體</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熱區圖或軌跡圖分析。 2. 可調整熱區圖或軌跡圖相關呈現參數。 3. 設定靜態或動態 AOI(可矩形或橢圓形)。 4. 支援雙螢幕呈現。 5. 可作螢幕擷取、影片及圖片或網頁紀錄。 6. 可將多位受試資料的合併。 7. 可紀錄實驗中的眼睛影像影片。 8. 可將畫面或影片及相關統計數據輸出。 9. 數據資料格式為 CSV 檔。 10.可進行語音(Think aloud 程序)及網路攝影機畫面的 	1	式

		<p>紀錄。</p> <p>11.可進行情緒生理參數(須有 Biometrics 硬體)的視覺呈現。</p> <p>12.軟體相容於 Windows 系統。</p>		
<p>備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 交貨期限：113 年 6 月 30 日</p>				