

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300114

項次	品名	規格	數量	單位
1	精密輸液幫浦	單通道輸液速率範圍 單通道給藥模式 (通道 A、通道 B)： 1.每小時 0.1~99.9 mL (每次增量 0.1mL)。 2.每小時 100~999 mL (每次增量 1mL)。 3.尺寸:約 0.20m(高) x 0.20m(寬) x 0.15m(厚)±20%。 4.重量:約 4.5kg(帶電池)±20%。 5.輸液量範圍:0.1mL 至 99.9mL(增量 0.1mL)、100mL 至 9999mL(增量 1mL)。 6.電池:一個密封，鉛-酸，可充電式 6V 電池，內建裝置，可支援至少 3 小時輸液；或者至少輸送 250mL 當速率超過 126mL/hr.時，充電時間最長 8 小時或優規。	1	台
<p>備註：以上報價含稅及含安裝、配線，廠商投標時報價單中需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品 (含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 交貨期限：決標後 60 日內。</p>				