

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300119

項次	品名	規格	數量	單位
1	可攜帶式心電圖紀錄器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 單機操作。 2. 可直接測量 HRV 與交感、副交感神經的協調狀況。以單導程心電訊號量測，檢測時間約五分鐘。 3. 可直接在單機系統顯示：Mean HRT、SDNN、HF、LFPNorm、HF Norm、LF/HF ratio ... 等數值簡易資料。 		
2	心率變異自律神經分析儀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 心率變異自律神經分析儀需能單機操作，具備 SD 記憶卡儲存功能。 2. 可直接測量 HRV 與交感、副交感神經的協調狀況。以單導程心電訊號量測，測量時間至少 3 分鐘以上。 3. 可直接在單機系統顯示:MeanHRT、SDNN、TP、VLF、LF、HF、LF Norm、HF Norm、LF/HF ratio... 等數值簡易資料 導程心電圖表，至少可顯示五種以上。 4. 具備無線傳輸資料功能，並能上傳電腦透過自律神經檢測報告軟體產生報告。 5. 可提供 HRV Index、Power Spectral Density、ANS balance、Frequency Domain Analysis、RRVI 等量化之圖表分析，至少三種以上。 		

備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。

※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。