

經國管理暨健康學院

規格書

項次	品名	規格	數量	單位
1	急速冷凍櫃	<ol style="list-style-type: none">1. 尺寸：寬 79*深 87*高 181 公分(±5%)。2. 容量：12~27 盤。3. 電力：3ø380V/2.79KW。4. 2.8 吋顯示螢幕，數位觸控。5. 標配溫度探針，可加熱解凍。6. 急冷(從+90 到+3°C)，每批次 60~65 公斤；急凍(從+90 到-18°C)，每批次 40~45 公斤。7. 304 不鏽鋼結構體。8. 90 分鐘內完成急速冷藏/240 分鐘內完成急速冷凍流程。9. 20 組可自設參數。10. 手動或自動除霜。11. 壓縮機溫控保護。12. 門框加熱，視窗警報顯示。13. 6 公分厚高密度 PU 保溫。14. 防腐處理的銅鋁蒸發器。15. 可操作場所溫度：-40°C~+43°C。16. CE/IPX5 認證。	1	台

備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。

※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。

※ 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。