

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300096

項次	品名	規 格	數量	單位
1	專業電動跑步機	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驅動馬達：持續馬力 AC4.2HP ±5%動態回應驅動系統。 2. 跑帶規格：專業、雙層商用跑帶, 跑帶面積：寬 51cm x 長 152cm ±5%。 3. 升降坡度：0~15% ±5%。 4. 速度範圍：0.16~19.3KPH ±5%。前進和後退皆採用 0.16 km/h / 0.1 mph 低速啟動，讓使用治療、復健和樂齡設定的使用者也能參與功能活動的運動。 5. Ultimate Deck 緩衝系統，讓運動更安全舒適。 6. 內建 8 組以上模擬預設運動程式。 7. Dot-matrix LED 顯示視窗。 8. 顯示資訊：時間、距離（公里或英哩）、卡路里、每小時卡路里、速度、斜度、步速、心率值、瓦特值、動態檔案顯示、靜態檔案顯示。 9. 心率偵測：手握心跳偵測把手 + POLAR 無線心跳接收裝置。 10. 具 0-9 數字鍵。 11. 具緊急停止裝置，具手握式心跳感應裝置，及物品放置架。 12. 附加功能：自然弧度的全包覆式扶手設計，確保使用者上下跑步機時安全、0.16 公里/小時的起始速度，適宜治療中、康復或樂齡使用者。 13. 符合歐洲醫療器械指示對醫療器械的嚴格安全和性能要求。 14. 框架紅外線感應器在被物體或人觸發時，停止皮帶旋轉。 15. 最大載重：182KGS ±5%。 16. 佔地面積：長 215×寬 82×高 142 公分 ±5%。 	1	台
2	飛輪健身車	<ol style="list-style-type: none"> 1. 體積尺寸:109cmx59cmx129cm ±5%。 2. 傳動系統: 免保養皮帶傳動系統。 3. 飛輪重量: 21 公斤±5%。 4. 握把規格: 高品質碳纖維曲柄，鍍鋅的高強度鋼架，可進行微調手握把位置。 5. 踏板規格: 標準合金踏板。 6. 坐墊調整: 舒適的鈦弓座墊，精確壓鑄及具有尺規刻痕的滑 	1	台

		<p>軌。</p> <p>7.阻力系統: 具有可微調阻力和緊急制車的阻力系統。</p> <p>8.機架貼地桿: 超大尺寸、隱藏螺栓與固定器。</p> <p>9.產品重量:58 公斤±5%。</p> <p>10.最大載重:136 公斤±5%。</p>		
<p>備註：以上報價含稅及含安裝、配線，廠商投標時報價單中需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品（含同等品以上），廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p>				